



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА  
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs  
sokobolnica@open.telekom.rs

Директор	+ 381 18 830 148	ЖИРО РАЧУН:	840-537667-43
Централа	+ 381 18 830 144	ПИБ:	100693517
Маркетинг	+ 381 18 830 367	Матични број:	07248261
Комерцијала	+ 381 18 830 766		
Фах	+ 381 18 830 072		

Predmet: Odgovori na postavljena pitanja u vezi nabavke JN 23/17

**Pitanje br.1:** U delu dokumentacije III Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara i sl., pod rednim brojem 2 - EKG holter rikorder:

a) USB interfejs za vezu sa računarom i prenos podataka.

Da li to znači da je potrebna veza rikorder-računar preko USB kabla? Novi rikorderi koriste bežičnu (bluetooth) vezu, pa predlažemo da dopunite specifikaciju: USB interfejs za vezu sa računarom ili bežična veza.

b) težina rikordera sa baterijama - da li je striktno propisano 120 gr ili su moguća odstupanja, npr. 130 gr?

**Odgovor na pitanje:** a) Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju tako što će tehnička specifikacija biti izmenjena i dopunjena, tako da glasi: " USB interfejs za vezu sa računarom ili bežična veza". b) U konkursnoj dokumentaciji jasno стоји "težina rekordera-max.120g sa baterijama", tako da nisu moguća bilo kakva odstupanja.

**Pitanje br. 2:** pod rednim brojem 3 - rekorder za krvni pritisak:

a) mora da poseduje mogućnost auskultatorne i ocilometrijske metode merenja krvnog pritiska.

Da li to znači da su obavezna oba metoda, auskultatori i oscilometrijski? Standardni način, koji koriste sve zdravstvene ustanove u zemlji je oscilometrijski. Auskultatori metod je složen, potrebna je manžetna sa mikrofonom, aparat je dosta skup.

Vrlo se retko koristi, mali broj proizvođača ga pravi (mislimo da je u našoj zemlji registrovan svega 1 ili 2 proizvođača) i veoma je skupa manžetna za njega.

Radi ravnopravnog učešća na tenderu i šireg izbora ponuđača, predlažemo vam da stavite kao obavezni metod samo oscilatorni. U protivnom, po našem mišljenju, javiće se samo jedan ponuđač. Taj uslov se već par puta pojavljuje u tenderima i nakon stavljanja primedbi od strane više potencijalnih ponuđača, ispravljen je u samo oscilometrijsku metodu.

Predlažemo da i vi isto učinite.

**Odgovor na pitanje:** Obavezna su oba metoda, jer je auskultatori metod precizniji u dijagnostici.

**Pitanje br.3:** b) kapacitet memorije min.: 350 merenja i 30 sec glasovnih poruka.

Za 48 časovno merenje dovoljna je memorija od maksimalno 200 merenja.

Predlažemo vam da kapacitet memorije smanjite na npr. 300 merenja, kako bi veći broj ponuđača imao priliku da učestvuje.

Da li je neophodno snimanje glasovnih poruka, jer postoje rikorderi koji mogu da se programiraju i bez glasovnih poruka?

**Odgovor na pitanje:** Naručilac je tehničkom specifikacijom jasno definisao neophodan kapacitet memorije. Neophodno je snimanje glasovnih poruka, jer olakšava rad (vrši merenje) van ordinacija koje ne poseduju PC.

**Pitanje br.4:** c) integriran visoko rezolucijski kolor displej za prikaz trenutno izmerenih vrednosti - s obzirom da su trenutne vrednosti obični brojevi, npr. 130/90, nije nam jasno koje su boje potrebne za njihov prikaz?  
Uobičajen displej je standardni, crno/beli, za prikaz brojeva.

**Odgovor na pitanje:** Naručilac nije tražio standardni-crno/beli displej, već je tehničkom specifikacijom jasno predvideo rezolucijski **kolor displej** za prikaz trenutno izmerenih vrednosti.

**Pitanje br.5:** d) USB interfejs za vezu sa računarom i prenos podataka.

Da li to znači da je potrebna veza rikorder-računar preko USB kabla? Novi rikorderi koriste bežičnu (bluetooth) vezu, pa predlažemo da dopunite specifikaciju: USB interfejs za vezu sa računarom ili bežična veza.

e) težina rikordera sa baterijama - da li je striktno propisano 200 gr ili su moguća odstupanja, npr. 240 gr?

**Odgovor na pitanje:** d) Naručilac će izmeniti konkursnu dokumentaciju tako što će tehnička specifikacija biti izmenjena i dopunjena, tako da glasi: " USB interfejs za vezu sa računarom ili bežična veza". e) U konkursnoj dokumentaciji jasno stoji "težina rekordera-max.200g sa baterijama", tako da nisu moguća bilo kakva odstupanja.

S' poštovanjem  
PREDSEDNIK KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE  
Miroljub Đorović, dipl.pravnik

