



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА  
ЗА НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ  
"СОКОБАЊА" - СОКОБАЊА  
Ул. Војводе Мишића 48, 18230 Сокобања



www.soko-banja.rs  
sokobolnica@open.telekom.rs

Директор + 381 18 830 148  
Централа + 381 18 830 144  
Маркетинг + 381 18 830 367  
Комерцијала + 381 18 830 766  
Фах + 381 18 830 072

ЖИРО РАЧУН: 840-537667-43  
ПИБ: 100693517  
Матични број: 07248261

Предмет: Одговори на постављена питања у вези набавке ЈН 23/15

**Питање бр.1:** На страни 5/30 у делу 1 под тачком 3. пише: "Брзина скенирања мин.63 ЦР касета са одговарајућим фолијама димензије 35x43 цм по сату". Желимо да поставимо питање да ли је могуће смањити захтев за брзину скенирања на 60Цр касета на сат како би сте у складу са начелима ЗЈН, члан 10. омогућили већу конкуренцију међу понуђачима, а с обзиром на то да се тако велика брзина приликом рада са пацијентима не може остварити"

**Одговор на питање:** Могуће је смањити брзину скенирања на мин.60ЦР касета по сату. У складу са овим обавештењем извршиће се измена конкурсне документације.

**Питање бр.2:** На страни 5/30 у делу 1. под тачком 11. пише: "Могућност повезивања мин.8 дијагностичких клијената истовремено". Желимо да поставимо питање о каквим је клијентима реч? Такође нам није јасно зашто се тражи повезивање са другим клијентима када се тражи аквизициона станица која је део ЦР система?

**Одговор на питање:** Могућност повезивања мин.8 дијагностичких клијената истовремено, значи да се преко интерне мреже може приступити радној станици из 8 различитих лекарских ординација и да се може вршити преглед снимака на радној станици лекара.

**Питање бр.3:** На страни 5/30 у делу 1. под тачком 12. пише: "Софтвер ЦР-а поседује могућност за заказивање пацијената". Молимо Вас да нам појасните шта се тачно захтева овом тачком, с обзиром на то да је заказивање пацијената процес који зависе од доста параметара?

**Одговор на питање:** Ова тачка биће избачена кроз измену конкурсне документације.

**Питање бр.4:** На страни 6/30 у делу 3. под тачком 1. пише: "резолуција мин. 325dpi". Желимо да поставимо питање да ли је могуће смањити захтев за јачином резолуције на 320dpi, како би сте у складу са начелима закона о јавним набавкама, члан 10. омогућили већу конкуренцију међу понуђачима, а с обзиром на то да тако мала разлика у резолуцији не мења дијагностички квалитет слике.

**Одговор на питање:** Могуће је смањити резолуцију на мин. 320dpi. У складу са овим обавештењем извршиће се измена конкурсне документације.

**Питање бр.5:** На страни 6/30 у делу 3. тражи се "Медицински ласерски DICOM принтер". Напомињемо да сви медицински DICOM принтери слику креирају загревањем сувог филма. Неки то чине ласером, а неки то чине термалном главом. Вашом формулацијом сте ограничили конкуренцију противно начелу Закона о јавним набавкама, члан 10. У складу са

тим, тражимо да се техничке карактеристике измене у том делу у : "Медицински ласерски или термални DICOM принтер"

**Одговор на питање:** Наручилац је јасно одредио у конкурсној документацији да тражи медицински ласерски DICOM принтер, тако да неће вршити измену конкурсне документације по Вашем захтеву.

**Питање бр.6:** У техничким карактеристикама наведена су три засебна медицинска средства:  
-Систем за компјутеризовану радиографију са аквизиционом станицом и архивом софтвера ЦР система

- Дијагностичка радна станица дијагностичког софтвера ЦР система

-Медицински ласерски DICOM принтер

Свако од ових медицинских средстава је појединачно регистровано у Агенцији за лекове и медицинска средства код више Носиоца дозвола, различитих произвођача. Како се свако од ових медицинских средстава може путем конкеције међусобно повезати DICOM стандардом, без обзира на произвођача, тражимо да се јавна набавка подели по партијама како би се омогућила већа конкуренција међу понуђачима, а у складу са начелима Закона о јавним набавкама, члан 10.

**Одговор на питање:** Како је Планом набавке за 2014.годину, под редним бројем 38. у Табели 1.-предвиђена набавка "Систем за дигитализацију аналогних модалитета са припадајућим касетама и фолијама, медицинским штампачем суве технологије, дијагностичким софтвером Image Suite и дијагностичку радну средину" и иста није подељена по партијама, није могуће извршити измену конкурсне документације, тако да јавна набавка буде подељена по партијама.

С поштовањем  
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
Мирољуб Ђоровић, дипл.правник

